



Paciente 1.pdf

## PACIENTE 1

- *¿Qué tipo de dispositivo elegirían?* **Cros**
- *¿Por qué?* **Porque se escucha mejor**
- *¿Cuál les resultó más cómodo?* **Cros**
- *¿Con cuál de los dispositivos creyeron tener mayor beneficio?* **Cros**

|                | PACIENTE 1                       |                                      |                                   |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                | SIN DISPOSITIVO                  | ADAPTACION BAHA                      | ADAPTACION CROS/BICROS            |
| PTA bilateral  | 60                               | 31,66                                | 25                                |
| URV bilateral  | 70 (esperado entre 50 y 70)      | 42,66 (esperado entre 21,66 y 41,66) | 30                                |
| Dmax bilateral | 105                              | 77,66                                | 65 dB                             |
| BIAP bilateral | deficiencia auditiva ligera (40) | deficiencia auditiva ligera (30)     | deficiencia aduditiva ligera (23) |



paciente 2.pdf

## PACIENTE 2

- ¿Qué tipo de dispositivo elegirían? **Baha**
- ¿Por qué? **Mejor calidad de sonido**
- ¿Cuál les resultó más cómodo? **Ambos**
- ¿Con cuál de los dispositivos creyeron tener mayor beneficio? **Baha**

|                | PACIENTE 2  |                                  |                                  |
|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
|                | SIN DISPOSITIVO                                   | ADAPTACION BAHA                  | ADAPTACION CROS/BICROS           |
| PTA bilateral  | 53,3  | 28,3                             | 35                               |
| URV bilateral  | 30 (esperado entre 43,3 y 63,3)                   | 20 (esperado entre 18,3 y 38,3)  | 20                               |
| Dmax bilateral | 65  | 55                               | 60                               |
| BIAP bilateral | deficiencia auditiva mediana de primer grado (41) | deficiencia auditiva ligera (28) | deficiencia auditiva ligera (33) |



paciente 3.pdf

### PACIENTE 3

- *¿Qué tipo de dispositivo elegirían?* **Cros**
- *¿Por qué?* **Más cómodo**
- *¿Cuál les resultó más cómodo?* **Cros**
- *¿Con cuál de los dispositivos creyeron tener mayor beneficio?* **Cros**

|                | PACIENTE 3  |                                  |                                   |
|----------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
|                | SIN DISPOSITIVO                                   | ADAPTACION BAHA                  | ADAPTACION CROS/BICROS            |
| PTA bilateral  | 55  | 31,6                             | 23,33                             |
| URV bilateral  | 70 (esperado entre 45 y 65)                       | 45 (esperado entre 21,6 y 41,6)  | 35 (esperado entre 13,33 y 33,33) |
| Dmax bilateral | 105   | 65                               | 70                                |
| BIAP bilateral | deficiencia auditiva mediana de primer grado (50) | deficiencia auditiva ligera (30) | deficiencia auditiva ligera (25)  |



paciente 4.pdf

## PACIENTE 4

- *¿Qué tipo de dispositivo elegirían?* **Baha**
- *¿Por qué?* **Mantiene la ventilación del conducto**
- *¿Cuál les resultó más cómodo?* **Baha**
- *¿Con cuál de los dispositivos creyeron tener mayor beneficio?* **Baha**

|                | PACIENTE 4  |                                  |                                  |
|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
|                | SIN DISPOSITIVO                                   | ADAPTACION BAHA                  | ADAPTACION CROS/BICROS           |
| PTA bilateral  | 38,33   | 25                               | 26,6                             |
| URV bilateral  | 30 (esperado entre 28,33 y 48,33)                 | 15 (esperado entre 15 y 35)      | 30 (esperado entre 16,6 y 36,6)  |
| Dmax bilateral | 65  | 50                               | 65                               |
| BIAP bilateral | deficiencia auditiva mediana de primer grado (42) | deficiencia auditiva ligera (25) | deficiencia auditiva ligera (23) |



paciente 5.pdf

## PACIENTE 5

- *¿Qué tipo de dispositivo elegirían?* **Cros/BiCros**
- *¿Por qué?* **Mayor practicidad**
- *¿Cuál les resultó más cómodo?* **Cros/BiCros**
- *¿Con cuál de los dispositivos creyeron tener mayor beneficio?* **Cros/BiCros**

|                | PACIENTE 5  |                                  |                                  |
|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
|                | SIN DISPOSITIVO                                     | ADAPTACION BAHA                  | ADAPTACION CROS/BICROS           |
| PTA bilateral  | 68.3  | 31                               | 25.3                             |
| URV bilateral  | 60 (esperado entre 58.3 y 78.3)                     | 30 (esperado entre 21 y 41)      | 20 (esperado entre 15.3 y 35.3)  |
| Dmax bilateral | 95  | 65                               | 55                               |
| BIAP bilateral | deficiencia auditiva moderada de segundo grado (66) | deficiencia auditiva ligera (35) | deficiencia auditiva ligera (32) |



paciente 6.pdf

## PACIENTE 6

- *¿Qué tipo de dispositivo elegirían?* **Cros**
- *¿Por qué?* **Más fácil de usar**
- *¿Cuál les resultó más cómodo?* **Ambas**
- *¿Con cuál de los dispositivos creyeron tener mayor beneficio?* **Cros**

|                | PACIENTE 6  |                                  |                                   |
|----------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
|                | SIN DISPOSITIVO                                   | ADAPTACION BAHA                  | ADAPTACION CROS/BICROS            |
| PTA bilateral  | 61,6  | 36,6                             | 23,33                             |
| URV bilateral  | 60 (esperado entre 51,6 y 71,6)                   | 30 (esperado entre 26,6 y 46,6)  | 20 (esperado entre 13,33 y 33,33) |
| Dmax bilateral | 95  | 65                               | 55                                |
| BIAP bilateral | deficiencia auditiva mediana de primer grado (45) | deficiencia auditiva ligera (39) | deficiencia auditiva ligera (21)  |

## Lista de palabras fonéticamente balanceadas

| A-1    |       |       |      |      |
|--------|-------|-------|------|------|
| Lastre | Sexto | Suela | Cine | Pera |
| Molde  | Letra | Diosa | Vega | Fina |
| Menta  | Surco | Piano | Diva | Tero |
| Cinco  | Selva | Duque | Kilo | Beca |
| Persa  | Cieno | Milla | Duna | Reno |

| B-1    |        |        |      |       |
|--------|--------|--------|------|-------|
| Sangre | Félix  | Nueva  | Dote | Rito  |
| Perlas | Quince | Barrio | Peva | Moda  |
| Lista  | Cerco  | Delia  | Tuno | Eco   |
| Panes  | Mirna  | Nula   | Veda | Queda |
| Tersa  | Cielo  | Lleno  | Musa | Sino  |

| C-1    |       |       |       |      |
|--------|-------|-------|-------|------|
| Planes | Libre | Zueco | Perra | Nexo |
| Celtas | Dante | Tieso | Cano  | Gula |
| Niquel | Sidra | Mario | Cita  | Mina |
| Pardo  | Cardo | Llave | Nudo  | Enes |
| Monte  | Feria | Buque | Lisa  | Seso |

| A-3    |       |       |      |      |
|--------|-------|-------|------|------|
| Templo | Cedro | Suiza | Dije | Laca |
| Sastre | Lince | Viola | Vena | Nido |
| Cisne  | Fardo | Suave | Polo | Nena |
| Nardo  | Conde | Roque | Cura | Cero |
| Pluma  | Ciega | Meta  | Neto | Tira |

| B-3    |       |        |      |       |
|--------|-------|--------|------|-------|
| Marcos | Orden | Naipe  | Mula | Lugo  |
| Trenza | Parte | Serio  | Cepa | Nelly |
| Venus  | Cinta | Lema   | Vela | Risa  |
| Censo  | Nieto | Quinta | Ledo | Deca  |
| Dardo  | Fresa | Cuajo  | Divo | Seto  |

| C-3    |       |       |      |      |
|--------|-------|-------|------|------|
| Prensa | Freno | Diego | Vino | Lino |
| Blonda | Lacre | Rueda | Tela | Zeta |
| Terna  | Mundo | Media | Sebo | Tino |
| Astro  | Canes | Peso  | Pila | Urna |
| Cerca  | Luisa | Queja | Esos | Mide |

| A-2    |       |       |      |      |
|--------|-------|-------|------|------|
| Néstor | Cebra | Peine | Duro | Timo |
| Simple | Cesta | Rioja | Lira | Celo |
| Cifra  | Negro | Diana | Seco | Niña |
| Banco  | Delta | Queso | Mesa | Pena |
| Celda  | Laudó | Cena  | Nube | Tiro |

| B-2    |       |       |      |      |
|--------|-------|-------|------|------|
| Carlos | Ganso | Genio | Vale | Rusa |
| Centro | Berna | Cauto | Peña | Inca |
| Padre  | Lente | Celia | Fase | Luso |
| Quinta | Denso | Mira  | Cemo | Tiza |
| Sobre  | Miedo | Dedo  | Pelo | Neri |

| C-2    |       |        |      |      |
|--------|-------|--------|------|------|
| Carmen | Tigre | Mueca  | Reto | Doce |
| Sendos | Sonda | Biela  | Nave | Pino |
| Verde  | Niños | Lacio  | Nulo | Lote |
| Presa  | Curas | Jaques | Asno | Filo |
| Cerdo  | Tapia | Neta   | Misa | Pira |

| A-4    |       |        |      |      |
|--------|-------|--------|------|------|
| Timbre | Sonda | Duela  | Jade | Pesa |
| Martes | Disco | Miope  | Seda | Nuca |
| Siglo  | Lunes | Riacho | Lina | Seña |
| Norte  | Parto | Dique  | Seno | Luna |
| Talco  | Viena | Sello  | Nora | Cera |


| B-4    |       |       |      |      |
|--------|-------|-------|------|------|
| Burgos | Crema | Muela | Pura | Niño |
| Trance | Jaspe | Necio | Lona | Onda |
| Quiste | Dulce | Denia | Daño | Lado |
| Barco  | Lance | Chino | Yeso | Eses |
| Tarde  | Siete | Roma  | Pica | Pino |

| C-4    |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| Grande | Sable | Radio | Nicho | Zona  |
| Postre | Cejas | Dueña | Útil  | Llano |
| Cerda  | Madre | Sepia | Beso  | Lima  |
| Carne  | Males | Cuna  | Cola  | Unto  |
| Perno  | Dieta | Quite | Lino  | Hoces |


Tabla 1: Lista de palabras fonéticamente balanceadas Dr. Tato &amp; cols.

Extraída: [https://mah.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/Listas\\_Tato.pdf](https://mah.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/Listas_Tato.pdf)

|            |                              |                                   |                          |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>PTA</b> | promedio PTA sin dispositivo | promedio PTA con dispositivo BAHA | promedio PTA con Bi/Cros |
|            | 53,646                       | 30,69333333                       | 26,652                   |



|            |                               |                                   |                       |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>URV</b> | promedio URV sin dispositivos | promedio URV con dispositivo BAHA | promedio URV con Cros |
|            | 53,333                        | 30,443                            | 25,833                |



|                                  |  |  |                                |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| <b>Promedio umbrales tonales</b> | promedio umbrales tonales sin dispositivos | promedio umbrales tonales con dispositivo BAHA | promedio umbrales tonales Cros |
|                                  | 54,5                                       | 30,166   | 25                             |

